

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO E OFICINA ORTOPÉDICA**ATA Nº 04 – CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
EDITAL COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 01/2021 –
DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA VIA PLATAFORMA MAIS BRASIL**

No dia onze do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, no Espaço João Carlos de Almeida - SORRI-BAURU, localizado à Avenida Nações Unidas, nº 53-40, Bauru – SP, reuniram-se os membros da **Comissão Especial de Compras**: Melissa Sproesser Alonso – Assessora da Diretoria; Claudete Aparecida Guido Panini – Assistente Técnico de Projetos; Bruna Inácio – Assistente de Compras; Diego Ladeira Bento – Coordenador de Área do Ambulatório de Tecnologia Assistiva e Aline Dezan Mazzo – Coordenador da Oficina Ortopédica e, sob a coordenação do primeiro analisaram as respostas obtidas após diligências aos fornecedores, a fim de elucidar dúvidas quanto às especificações técnicas, conformidades e garantias referentes aos itens 08, 09, 14 e 17 dos equipamentos da Cotação Prévia de Preços nº 01/2021, recursos do **Convênio 904860/2020- MS**.

No Anexo I constam as tabelas comparativas das especificações técnicas analisadas.

Desclassificadas para os itens 08, 09, 14 e 17:

- XPR3 Comércio de Equipamentos LTDA: A Comissão Especial de Compras julgou como desclassificada por não ter atendido à solicitação de complementação de informações, enviada à empresa por e-mail no dia 08/03/2021 (o setor de Compras da SORRI-BAURU recebeu, fora do prazo, uma solicitação de extensão de prazo).

- Manancial Produtos Médicos ME: A Comissão Especial de Compras julgou como desclassificada por não ter atendido à solicitação de complementação de informações, enviada à empresa por e-mail no dia 08/03/2021.

Ao final da análise, a Comissão Especial de Compras registra as empresas vencedoras e os referidos itens, conforme segue:

1 – Ar condicionado: Manancial Produtos Médicos ME

2 - Armário com Aspiração de Segurança: Proença Comercial Eireli.

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO E OFICINA ORTOPÉDICA

- 3 – Bancada para oficina ortopédica:** Proença Comercial Eireli.
- 4 - Computador (Desktop-Básico):** Victor Hugo Torquato-Me (Doctor Print).
- 5 - Computador Portátil (Notebook):** Victor Hugo Torquato-Me (Doctor Print).
- 6 - Esmerilhadeira Angular Elétrica:** Proença Comercial Eireli.
- 7 – Exaustor de Ar Industrial:** XPR3 Comércio de Equipamentos LTDA.
- 8 - Forno Ortopédico de Infravermelho:** Ottobock do Brasil Técnica Ortopédica LTDA
- 9 - Fresadora Ortopédica:** Ottobock do Brasil Técnica Ortopédica LTDA
- 10 - Lixadeira Dupla:** Manancial Produtos Médicos ME.
- 11 - Máquina de Costura de Coluna:** Proença Comercial Eireli.
- 12 - Máquina de Costura Industrial:** Mac-Len Comercial Importação e Exportação Ltda.
- 13 - Máquina de Costura Zig Zag:** Mac-Len Comercial Importação e Exportação Ltda.
- 14 - Máquina de Sucção para Laminação:** Ottobock do Brasil Técnica Ortopédica LTDA
- 15 - Panela Elétrica para Confecção de Órteses:** Manancial Produtos Médicos ME.
- 16 - Parafusadeira Pneumática Manual:** Proença Comercial Eireli.
- 17 - Plataforma de Elevação:** Ottobock do Brasil Técnica Ortopédica LTDA
- 18 – Silo:** Proença Comercial Eireli.
- 19 - Soprador Térmico:** Speed Tecnologia Eireli.

Bauru, 11 de março de 2021.



Melissa Sproesser Alonso
Coordenadora da Comissão Especial de Compras
SORRI-BAURU



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO E OFICINA ORTOPÉDICA

ANEXO II – PLANILHAS COMPARATIVAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

8 – FORNO ORTOPÉDICO				
Característica	Descrição	Ottobock	J&C	Nota
Alimentação	Características Técnicas	3 x 220VCA	3 x 220VCA	
Iluminação interna	Características Técnicas	SIM	S	
Peso	Características Técnicas	337 kg	280 kg	
Potência (W)	Características Técnicas	8500 W	7200 W	J&C tem potência menor. Mais lento para aquecer.
Revestimento externo	Características Técnicas	Aço carbono	Aço carbono	
Revestimento interno	Características Técnicas	Aço inoxidável	Aço inoxidável	
Sensor para abertura de porta	Características Técnicas	SIM	NÃO INFORMADO	Assim que a porta do forno é aberta, os tubos IR são desativados automaticamente
Suporte da peça	Características Técnicas	Carro	Bandeja tipo gaveta	O carro é mais prático para trabalhar.
Termômetro óptico	Características Técnicas	SIM	NÃO INFORMADO	O termômetro óptico para medição da temperatura da peça ajuda no controle de processo e qualidade.
Volume interno	Características Técnicas	700 L	1000 L	J&C tem um volume maior interno.
Controle de temperatura	Controlador	SIM	S	
Controle de tempo	Controlador	SIM	S	
Fabricante	Controlador	Ottobock	Inova	
Garantia	Controlador	12 meses	12 meses	

[Handwritten signature]

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO E OFICINA ORTOPÉDICA

Idioma do controlador	Controlador	SIM	NÃO INFORMADO	
Localização fabricante	Controlador	Valinhos - SP	Caxias do Sul - RS	
Protolização de aquecimento	Controlador	SIM	NÃO INFORMADO	O protocolo de aquecimento ajuda no controle de processo e qualidade.
Temperatura máxima	Controlador	250°	280°	
Tipo	Controlador	PLC com touch screen	Convencional de mercado	PLC com touch tem mais recursos e é mais moderno. Convencional é barato (R\$ 350) para substituir e funciona bem.
Assistências técnicas autorizadas	Dados do fabricante	SIM	NÃO INFORMADO	
Garantia	Dados do fabricante	12 meses	12 meses	
Localidade	Dados do fabricante	Valinhos - SP	Juiz de Fora - MG	
NR10 - Elétrica	Normas Regulamentadoras	EN 60204	S	
NR12 - Máquinas	Normas Regulamentadoras	ISO 12100	S	
NR17 - Ergonomia	Normas Regulamentadoras	EN-ISO 349:1993+A1:2008	S	
Alarme de formação de bolhas	Peças de reposição	SIM	NÃO INFORMADO	Importante para manter a qualidade da curva de aquecimento e evitar a queda do temoplástico com consequente perda da peça
Fornecedores de peças críticas	Peças de reposição	INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Lista de peças críticas	Peças de reposição	INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Peças de reposição	Peças de reposição	INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Tempo de entrega de peças críticas	Peças de reposição	INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Referência		ASSOC. DAS PIONEIRAS SOCIAIS	NÃO INFORMADO	

[Handwritten signature]

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO E OFICINA ORTOPÉDICA

Referência		ASSOC. DAS PIONEIRAS SOCIAS	NÃO INFORMADO	
Referência		ASSOC. DAS PIONEIRAS SOCIAS	NÃO INFORMADO	
Referência		ASSOC. DAS PIONEIRAS SOCIAS	NÃO INFORMADO	
Referência		ASSOC. DAS PIONEIRAS SOCIAS	NÃO INFORMADO	
Referência		ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	NÃO INFORMADO	
Referência		ASSOCIACAO CRISTA DE DEFIC. FISICOS DE PASSO FUNDO	NÃO INFORMADO	
Referência		MUNICIPIO DE TRES CORACOES	NÃO INFORMADO	

09 – FRESADORA ORTOPÉDICA

Característica	Descrição	Ottobock	J&C	Nota
Potência do motor	Velocidade máxima	3600	3500	
Normas de segurança	Termonologias principais do projeto	EN-ISO 12100: 2010	NR12 - Máquinas	Segurança de máquinas - Terminologia, princípios gerais de projeto
Normas de segurança	Ergonomia	EN-ISO 349: 1993 + A1: 2008	NR17 - Ergonomia	Segurança do maquinário - Folgas mínimas para evitar o esmagamento de partes do corpo humano

20

[Handwritten signature]

SORRI-BAURU

Avenida Nações Unidas, nº 53-40, Bauru – SP – CEP 17033-260

<https://sorribauru.com.br/> (14) 4009-1000

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO E OFICINA ORTOPÉDICA

Normas de segurança	Equipamentos elétricos	EN 60204-1: 2006 + A1: 2009	NR10 - Elétrica	Segurança de máquinas - Equipamentos elétricos de máquinas. Requerimentos gerais
Giro da mesa		360	80	
Inclinação do eixo		180	30	
Assistências técnicas autorizadas		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Garantia		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Localidade		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Fornecedores de peças críticas		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Lista de peças críticas		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Peças de reposição		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Tempo de entrega de peças críticas		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Referência		ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS	NÃO INFORMADO	
Referência		FUNDACAO PIO XII	NÃO INFORMADO	
Referência		ASSOC BENEF NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	NÃO INFORMADO	
Referência		INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	NÃO INFORMADO	
Referência		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NÃO INFORMADO	

[Handwritten signature]

SORRI-BAURU

Avenida Nações Unidas, nº 53-40, Bauru – SP – CEP 17033-260
<https://sorribauru.com.br/> (14) 4009-1000

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO E OFICINA ORTOPÉDICA

17 – PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO

Característica	Ottobock	J&C
Assistências técnicas autorizadas	INFORMADO	NÃO INFORMADO
Garantia	INFORMADO	NÃO INFORMADO
Localidade	INFORMADO	NÃO INFORMADO
Fornecedores de peças críticas	INFORMADO	NÃO INFORMADO
Lista de peças críticas	INFORMADO	NÃO INFORMADO
Peças de reposição	INFORMADO	NÃO INFORMADO
Tempo de entrega de peças críticas	INFORMADO	NÃO INFORMADO
Referência	SECRET. DE ESTADO DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	NÃO INFORMADO
Referência	FUNDACAO PIO XII	NÃO INFORMADO
Referência	ASSOC BENEF NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	NÃO INFORMADO
Referência	FUNDACAO TERRA	NÃO INFORMADO

14 - MÁQUINA DE SUÇÃO

[Handwritten signature]

SORRI-BAURU
Avenida Nações Unidas, nº 53-40 , Bauru – SP – CEP 17033-260
<https://sorribauru.com.br/> (14) 4009-1000

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO E OFICINA ORTOPÉDICA

Característica	Descrição	Ottobock	J&C	Nota
Temporizador	Sistema de alarme após tempo definido	sim	não	Evita o uso desnecessário de energia elétrica, além de evitar otimizar o acompanhamento do processo
Assistências técnicas autorizadas		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Garantia		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Localidade		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Fornecedores de peças críticas		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Lista de peças críticas		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Peças de reposição		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Tempo de entrega de peças críticas		INFORMADO	NÃO INFORMADO	
Referência		ASSOC. BENEF. CASA SAUDE STA. MARCELINA	NÃO INFORMADO	
Referência		ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	NÃO INFORMADO	
Referência		FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	NÃO INFORMADO	
Referência		FUNDACAO PIO XII	NÃO INFORMADO	
Referência		ASSOC BENEF NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	NÃO INFORMADO	
Referência		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NÃO INFORMADO	



SORRI-BAURU
Avenida Nações Unidas, nº 53-40 , Bauru – SP – CEP 17033-260
<https://sorribauru.com.br/> (14) 4009-1000