

## CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

Análise da Comissão de Compras

Convite de Requisição de Compra nº 12.567

1. QUANTO AS CARACTERÍSTICAS ELETROACÚSTICAS.

TIPOS DE AASI	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	PHONAK	STARKEY	AUDIBEL	SIVANTOS
TIPO A	Digital, 2 canais, controle de volume manual ou automático, compreensão WDRC, entrada de áudio nos retros auriculares, gerenciador de microfonia ativo sem redução de ganho, redução de ruído, bobina telefônica, microfone omni ou direcional.		X	X	X
TIPO B	Digital programável, 4 canais, controle de volume manual ou automático, compressão WDCR, 2 programas de áudio (manual ou automático), entrada de áudio nos retro auriculares, bobina telefônica manual ou automática, redução de ruído, gerenciador de microfonia ativo sem redução de ganho, microfone omni e direcional fixo, registro de dados de uso.		X	X	X
TIPO C	Digital programável, 6 canais, controle de volume manual ou automático, compressão WDCR, 3 programas de áudio (manual ou automático), entrada de áudio nos retro auriculares, bobina telefônica manual ou automática, redução de ruído, gerenciador de microfonia ativo sem redução de ganho, microfone omni e direcional adaptativo, registro de dados de uso.		X	X	X
SISTEMA FM	Composto de transmissor com microfone para captação do sinal por Frequência Modulada (FM) e receptor com adaptação para entrada de áudio do AASI.		X		

*Walter*

**CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO**2 PARECER TÉCNICO.

As 4 empresas acima citadas demonstraram estar de acordo com as exigências mínimas solicitadas, citando quais os modelos seriam disponibilizados para cada categoria de AASI acima descrito, porém, a empresa PHONAK não enviou as especificações técnicas (descrição dos componentes dos AASIS e/ou fichas técnicas) dos aparelhos citados em sua proposta de trabalho, o que não possibilitou verificar se estão de acordo com as características mínimas solicitadas/exigidas no INSTRUTIVO DE SAÚDE AUDITIVA do MINISTÉRIO DA SAÚDE de 2012 anexado no Edital, sendo por essa razão DESCLASSIFICADA. As demais empresas (STARKEY, AUDIBEL e SIVANTOS) estão de acordo com o proposto.

3 QUANTO AOS PREÇOS PROPOSTOS.

TIPO/EMPRESA	*PHONAK	STARKEY	AUDIBEL	SIVANTOS	1º LUGAR	2º LUGAR
TIPO A	*	R\$ 393,75	R\$ 446,25	R\$ 262,50	SIVANTOS	STARKEY
TIPO B	*	R\$ 525,00	R\$ 595,00	R\$ 350,00	SIVANTOS	STARKEY
TIPO C	*	R\$ 825,00	R\$ 935,00	R\$ 550,00	SIVANTOS	STARKEY
SISTEMA FM	*	R\$ 500,00	NÃO CONSTA	NÃO CONSTA	STARKEY	STARKEY

\* EMPRESA PHONAK FOI DESCLASSIFICADA PELO PARECER TECNICO POR ISSO OS VALORES NÃO FORAM CONSIDERADOS NA TABELA ACIMA.

4 PARECER DA COMISSÃO DE COMPRAS.

*Wald*

## CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

Diante das propostas apresentadas e analisadas por esta comissão, conforme demonstrado no item 1 e 2, temos que: quanto as características técnicas três das empresas atendem os requisitos mínimos solicitados dos aparelhos AASI tipos A,B e C e SISTEMA FM , que a empresa PHONAK está DESCLASSIFICADA pelo parecer técnico. Quanto aos preços, demonstrados na tabela acima, ficaram classificadas as empresas SIVANTOS e STARKEY. Quanto à empresa AUDIBEL está DESCLASSIFICADA, pois os preços apresentados estão acima da expectativa de custo, tendo em vista os valores pagos pela tabela SUS, o que inviabiliza a sua contratação.

### CLASSIFICAÇÃO FINAL PARA AASI

1º LUGAR: SIVANTOS

2º LUGAR: STARKEY

### CLASSIFICAÇÃO FINAL SISTEMA FM:

1º LUGAR: STARKEY

## 5 CONCLUSÃO.

Diante do apresentado e considerando a necessidade de viabilizar aos usuários da SORRI-BAURU, que tiverem indicação do uso de equipamentos de AASI e do SISTEMA FM, a dispensação do aparelho que melhor atender suas necessidades, esta comissão resolve:

5.1 Habilitar as empresas SIVANTOS e STARKEY para fornecimento dos equipamentos de AASI, com prioridade para os da primeira, já que apresenta o melhor preço e técnica adequada. Se estes não atenderem as necessidades do usuário, os da segunda empresa poderão ser adquiridos e dispensados, desde que apresentem vantagem no resultado do teste. Todos os testes feitos com pacientes serão ser registrados nos respectivos prontuários com os resultados e justificativas para a escolha do equipamento.

*Waldemar*

**CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO**


5.2 Habilitar a empresa STARKEY para o fornecimento de equipamentos do SISTEMA FM para usuários da SORRI-BAURU que tiverem indicação para uso do mesmo.

Para aquisição dos equipamentos das empresas habilitadas neste processo deverão ser firmados compromissos com as condições estabelecidas no processo em tela e nas propostas apresentadas.

Bauru, 21 de janeiro de 2019.




Maria Estela B. M. Rueda  
Diretora Administrativa



Maria Lúcia Miranda  
Contadora e Presidente da Sessão



Alessandra Antonia V. B. de Menezes  
Coordenadora da Audiologia



Francine Carolina Gonçalves  
Técnica de Compras